

Posterior
04/01/2015
Higuer

EVALUACION TECNICA ORDENES O CONTRATOS DE MINIMA CUANTIA

1. Estudio Técnico Ofertas

EL OFERENTE G. BARCO S.A. **SI CUMPLE** CON LO SOLICITADO EN ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE **BALONES DE BAKRY**

NOMBRE OFERENTE:

No. ITEM	DESCRIPCIÓN DEL "BIEN" O "SERVICIO"	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	UNIDAD MEDIDA	OTRAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	CUMPLE	NO CUMPLE
1	BALON HIDROSTATICO DE BAKRY	Construido en silicona, fácil de colocar y remover. Con lumen de drenaje que permite ver el estado del sangrado. Puede llenarse hasta 500cc., se suministra estéril, para un solo uso	Und.	NO	SI CUMPLE	


2. CONCEPTO Y RECOMENDACIÓN COMITÉ TÉCNICO:

SE RECOMIENDA LA ADQUISICION DEL BALON DE BAKRY POR EL OFERENTE PROPUESTO FIRMA G. BARCO, TODA VEZ QUE CUMPLE TECNICAMENTE SEGUN LO SOLICITADO EN ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.

3. Anexos

(01) Oferta.

FIRMA INTEGRANTES COMITÉ TÉCNICO


 **HOSPITAL MILITAR CENTRAL**
Dr. VICENTE JOSE CARMONA PERTUZ
ESPECIALISTA GINECOLOGO
C.C. 19.351.821

DR. VICENTE JOSE CARMONA PERTUZ
Jefe Área Ginecología y Obstetricia