



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTIÓN DE CONTRATOS

EVALUACIÓN JURÍDICA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA N°.031 DE 2015, CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL AREA DE BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO CLINICO CON DESTINO AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.

OFERTAS:

1. QUICK QUALITY IS THE KEY S.A.S

PROPONENTE	FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE
QUICK QUALITY IS THE KEY S.A.S			
NIT. 830501640-5			
Carta de presentación de la propuesta	4-7	X	
Certificado de existencia y representación legal o documento que haga sus veces	9-15	X	
Garantía de seriedad de la propuesta	184-187	x	
Constancia de cumplimiento de aportes a la seguridad social integral	17-22	x	
Compromiso Anticorrupción	23-25	X	
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	26-27	X	
Certificación de Antecedentes Judiciales	28	X	
Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República	29	X	
Certificado de inscripción en el registro único de proponentes (RUP)	30-50		No tiene registrado el código solicitado en el RUP (411030)
Registro Único Tributario	51	x	
Fotocopia de Cedula de Ciudadanía Representante	16	x	
Evaluación de la Experiencia La empresa Presenta Certificación de Experiencia para los items: item 2	30-50		No tiene registrada la experiencia en el RUP por el código solicitado en el pliego de condiciones (411030)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTIÓN DE CONTRATOS

OBSERVACIONES:

Una vez verificados los documentos de tipo jurídico, el certificado de inscripción en el registro único de proponentes junto con la experiencia requerido en el pliego de condiciones del presente proceso, este comité le informa a la firma **QUICK QUALITY IS THE KEY S.A.S**, se le informa que no cumple con la inscripción del código en el RUP (411030), junto con la experiencia registrada para el ítem No 2.

PUNTAJE INDUSTRIA NACIONAL: No se otorga PUNTAJE toda vez, que de conformidad con Colombia compra eficiente si un bien es nacional se verifica si se encuentra inscrito en el RPBN. Para el RPBN son bienes nacionales: (i) aquellos totalmente obtenidos en el territorio colombiano; (ii) los bienes elaborados en el país con materiales nacionales; y, (iii) bienes que hayan sufrido una transformación sustancial en función de un porcentaje mínimo de Valor Agregado Nacional o un proceso productivo sustancial; En consecuencia, los puntos para la promoción de los bienes nacionales sólo deben concederse al proponente si éste cuenta con el respectivo RPBN para los bienes que ofrece. Verificada la página no se encuentra inscrito.

2. MICROMEDICA S.A.S

PROPONENTE	FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE
MICROMEDICA S.A.S NIT. 830056903-8			
Carta de presentación de la propuesta	4-6	X	
Certificado de existencia y representación legal o documento que haga sus veces	7-9	X	
Garantía de seriedad de la propuesta	25-26	X	
Constancia de cumplimiento de aportes a la seguridad social integral	10	x	
Compromiso Anticorrupción	12-13	X	
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	14	X	
Certificación de Antecedentes Judiciales	15	X	
Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República	16	X	
Registro Único Tributario	24	x	
Fotocopia de Cedula de Ciudadanía Representante	28	x	
Certificado de inscripción en el registro único de proponentes (RUP)	17-23	x	
Evaluación de la Experiencia La empresa Presenta Certificación de Experiencia para los ítems: ítem 1 ítem 2 ítem 3	17-23	Cumple para los ítems	SUBSANAR PARA EL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTIÓN DE CONTRATOS

Ítem 7		2,3,7	ITEM 1
--------	--	-------	--------

OBSERVACIONES:

Una vez verificados los documentos de tipo jurídico y la certificación de inscripción en el registro único de proponentes junto con la experiencia requeridos en el pliego de condiciones del presente proceso, este comité le informa a la firma MICROMEDICA S.A.S, que debe subsanar las certificaciones de experiencia relacionadas en el RUP, código (411030) para el ítem No 1.

PUNTAJE INDUSTRIA NACIONAL: No se otorga PUNTAJE toda vez, que de conformidad con Colombia compra eficiente si un bien es nacional se verifica si se encuentra inscrito en el RPN. Para el RPN son bienes nacionales: (i) aquellos totalmente obtenidos en el territorio colombiano; (ii) los bienes elaborados en el país con materiales nacionales; y, (iii) bienes que hayan sufrido una transformación sustancial en función de un porcentaje mínimo de Valor Agregado Nacional o un proceso productivo sustancial; En consecuencia, los puntos para la promoción de los bienes nacionales sólo deben concederse al proponente si éste cuenta con el respectivo RPN para los bienes que ofrece. Verificada la página no se encuentra inscrito.

3. LABORATORIOS DAI DE COLOMBIA S.A

PROPONENTE	FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE
LABORATORIOS DAI DE COLOMBIA S.A NIT. 830093951-9			
Carta de presentación de la propuesta	3-5	X	
Certificado de existencia y representación legal o documento que haga sus veces	6-9	X	
Garantía de seriedad de la propuesta	65-74	X	
Constancia de cumplimiento de aportes a la seguridad social integral	16-18	X	
Compromiso Anticorrupción	12-13	X	
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	14-15	X	
Certificación de Antecedentes Judiciales	16	X	
Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República	18	X	
Registro Único Tributario	19	x	
Fotocopia de Cedula de Ciudadanía Representante			SUBSANAR
Certificado de inscripción en el registro único de proponentes (RUP)	23-28		No tiene registrado el código



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTIÓN DE CONTRATOS

			solicitado en el RUP (411030)
Evaluación de la Experiencia La empresa Presenta Certificación de Experiencia para los Items: Ítem 3	23-28		No tiene registrada la experiencia en el RUP por el código solicitado en el pliego de condiciones (411030)

OBSERVACIONES:

Los códigos y la experiencia aportada en certificación y en contratos en el RUP cumple con lo establecido en el pliego de condiciones por lo tanto la firma **LABORATORIOS DAI DE COLOMBIA S.A.** que debe subsanar la fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal se le informa que no cumple con la inscripción del código en el RUP (411030), junto con la experiencia registrada para el Ítem No 3

PUNTAJE INDUSTRIA NACIONAL: No se otorga PUNTAJE toda vez, que de conformidad con Colombia compra eficiente si un bien es nacional se verifica si se encuentra inscrito en el RPN. Para el RPN son bienes nacionales: (i) aquellos totalmente obtenidos en el territorio colombiano; (ii) los bienes elaborados en el país con materiales nacionales; y, (iii) bienes que hayan sufrido una transformación sustancial en función de un porcentaje mínimo de Valor Agregado Nacional o un proceso productivo sustancial; En consecuencia, los puntos para la promoción de los bienes nacionales sólo deben concederse al proponente si éste cuenta con el respectivo RPN para los bienes que ofrece. Verificada la página no se encuentra inscrito.

4. ANALYTICA S.A.S

PROPONENTE	FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE
ANALYTICA S.A.S NIT. 21-080052-12			
Carta de presentación de la propuesta	4-7	X	
Certificado de existencia y representación legal o documento que haga sus veces	9-15	X	
Garantía de seriedad de la propuesta	89-98	X	
Constancia de cumplimiento de aportes a la seguridad social integral	20-23	x	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTIÓN DE CONTRATOS

Compromiso Anticorrupción	25-27	X	
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	29-30	X	
Certificación de Antecedentes Judiciales	32	X	
Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República	34	X	
Registro Único Tributario	85	x	
Fotocopia de Cedula de Ciudadanía Representa Legal	18	x	
Certificado de inscripción en el registro único de proponentes (RUP)	36-83	X	
Evaluación de la Experiencia La empresa Presenta Certificación de Experiencia para los ítems:			
ITEM 1	36-83	Cumple para los ítems 2,6,7,8	Subsanar certificado de experiencia acreditada en el RUP para el ítem No 1 ya que el monto no alcanza
ITEM 2	171		
ITEM 6			
ITEM 7			
ITEM 8			

OBSERVACIONES:

Una vez verificados los documentos de tipo jurídico, códigos y experiencia requeridos en el pliego de condiciones del presente proceso, este comité le informa a la firma **ANALYTICA S.A.S** que debe subsanar certificación de experiencia para el ítem No 1 de cualquiera de los contratos registrados en el RUP bajo el código 411030.

PUNTAJE INDUSTRIA NACIONAL: PG 213 No se otorga PUNTAJE toda vez, que de conformidad con Colombia compra eficiente si un bien es nacional se verifica si se encuentra inscrito en el RPN. Para el RPN son bienes nacionales: (i) aquellos totalmente obtenidos en el territorio colombiano; (ii) los bienes elaborados en el país con materiales nacionales; y, (iii) bienes que hayan sufrido una transformación sustancial en función de un porcentaje mínimo de Valor Agregado Nacional o un proceso productivo sustancial; En consecuencia, los puntos para la promoción de los bienes nacionales sólo deben concederse al proponente si éste cuenta con el respectivo RPN para los bienes que ofrece. Verificada la página no se encuentra inscrito.


IVONNE PULIDO SALGADO
Comité Jurídico Evaluador
Hospital Militar Central.



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
VERIFICACION FINANCIERA

GRUPO GESTION CONTRATOS

FECHA: JUNIO 19 DE 2015

VERIFICACION ECONOMICA Y FINANCIERA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N°.031 de 2015

OBJETO: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL AREA DE BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO CLINICO CON DESTINO AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

1. INDICADORES FINANCIEROS REQUERIDOS EN EL PLIEGO

De conformidad a la Ley 1150 del 16 de julio del 2007, Artículo 6 y el Decreto 1510 Artículo 10, numerales 3 y 4, se procede a efectuar la verificación de los Estados Financieros que se encuentran en el Registro Único de Proponentes RUP. Con corte al 31 de diciembre de 2013.

INDICADOR SECTOR	%
INDICADOR DE LIQUIDEZ	≥ 1
ENDEUDAMIENTO	$\leq 75\%$
LA RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	$\geq 10\%$
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	$\geq 5\%$

"Salud – Calidad – Humanización"



MinDefensa

INFORMACIÓN PARA PROPOSITORES

Transversal 3ª No. 49-00 - Correo: 3486268 Ext. 3002 - www.hospitalmilitar.gov.co
Bogotá, D.C. - Colombia





HOSPITAL MILITAR CENTRAL

VERIFICACION FINANCIERA

1. REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

			REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS				RESULTADO DE VERIFICACION		
No. DE OFERTA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT.	REGISTRO UNICO DE PROPONENTES "RUP"	FORMULARIO SIIF	RESOLUCIÓN DE LA DIAN PARA FACTURAR VIGENTE	CERTIFICACION BANCARIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
1	ANALYTICA S.A.S	890935513-9	36-83	216	220	218	X		
2	LABORATORIOS DAI DE COLOMBIA SA	830093951-9	23-28	21	29-30	22 FECHA 25 DE FEBRERO/2015		X	PENDIENTE SUBSANAR CERTIFICACION BANCARIA CON FECHA DE EXPEDICION NO MAYOR A 30 DIAS
3	QUIK QUALITY IS THE KEY S.A.S	830501640-5	142-165	141	165	164 FECHA 23 DE DICIEMBRE/2014		X	PENDIENTE SUBSANAR CERTIFICACION BANCARIA CON FECHA DE EXPEDICION NO MAYOR A 30 DIAS
4	MICROMEDICA S.A.S	830056903-8	032-038	30	45	NO ALLEGA CERTIFICACION BANCARIA		X	PENDIENTE SUBSANAR CERTIFICACION BANCARIA CON FECHA DE EXPEDICION NO MAYOR A 30 DIAS - NO ALLEGA CERTIFICACION

"Salud – Calidad – Humanización"



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

VERIFICACION FINANCIERA

1.1 INDICADORES FINANCIEROS DE LOS PROPONENTES

No. DE OFERTA	NOMBRE DE LA EMPRESA	ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE	PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL* 100%	UTILIDAD OPERACIONAL / PATRIMONIO * 100%	UTILIDAD OPERACIONAL / ACTIVO TOTAL *100%	ESTADOS FINANCIEROS							RESULTADO DE VERIFICACION		
		LIQUIDEZ > 1	ENDEUDAMIENTO < 75%	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: > 10%	RENTABILIDAD DEL ACTIVO: > 5	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	PASIVO TOTAL	ACTIVO TOTAL	UTILIDAD OPERACIONAL	PATRIMONIO	GASTOS DE INTERES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
1	ANALYTICA S.A.S	2,2	53%	31%	14%	\$12.639.074.000	\$5.951.615.000	\$ 6.161.309.000	\$ 15.289.076.000	\$2.199.211.000	\$7.127.767.000	\$469.023.000,00	X		
2	LABORATORIOS DAI DE COLOMBIA SA	1,1	72%	72%	20%	\$11.312.463.000	\$9.956.677.000	\$ 12.143.675.000	\$16.692.009.000	\$3.418.509.000	\$4.746.134.000	\$433.474.000,00	X		
3	QUIK QUALITY IS THE KEY S.A.S	1,8	57%	65%	26%	\$ 3.139.218.523	\$1.771.146.996	\$ 2.107.970.754	\$ 3.700.753.426	\$1.027.670.472	\$1.592.762.672	\$445.841,00	X		
4	MICROMEDICA S.A.S	1,2	33%	19%	12%	\$245.362.320	\$197.868.158	\$ 357.868.158	\$1.071.382.152	\$133.440.097	\$713.513.995	\$11.089.402,00	X		

"Salud – Calidad – Humanización"





HOSPITAL MILITAR CENTRAL

VERIFICACION FINANCIERA

2. REVISION ECONOMICA

Realizada la verificación económica de las ofertas con relación a los precios de referencia, de acuerdo a lo solicitado en el Pliego de Condiciones Definitivo objeto del proceso de Selección Abreviada No. 031/2015, numeral 2.10 **Causales de rechazo de las propuestas**, 13. **Cuando la propuesta económica supere el precio de referencia**, el Comité Económico Financiero se permite informar el resultado de la Verificación de las mismas como se evidencia a continuación:

NO. ITEM	EQUIPO		PRECIO DE REFERENCIA	ANALYTICA S.A.S			LABORATORIOSDAI			QUIK			MICROMEDICA S.A.S		
				VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CUMPLE NO CUMPLE	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CUMPLE NO CUMPLE	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CUMPLE NO CUMPLE	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CUMPLE NO CUMPLE	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CUMPLE NO CUMPLE	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	CDNGELADOR DE -30°C	1	\$ 22.291.727	\$ 22.246.598	X								\$22.283.600	X	
2	DESCDNGELADOR DE COMPONENTES SANGUÍNEOS	1	\$ 28.884.000	\$ 26.100.000	X				\$17.168.000	X			\$26.564.000	X	
3	COMPOCOOL CON BANDEJA Y CARRO DE TRANSPORTE	1	\$11.455.000				\$11.455.000	X					\$11.444.560	X	
4	TENSÍOMETRO DIGITAL	1	\$533.600												
5	BASCULA DE PESO ADULTO ANALOGA	1	\$ 440.800												
6	PH METRO	1	\$ 858.400	\$ 825.810	X										
7	REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE	1	\$ 25.912.643	\$ 25.082.946	X								\$23.084.000	X	
8	BALANZA ANALÍTICA	1	\$ 5.313.960	\$ 4.708.086	X										

"Salud – Calidad – Humanización"





HOSPITAL MILITAR CENTRAL
VERIFICACION FINANCIERA

3. RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

El Comité Económico Evaluador, una vez realizada la verificación de los Requisitos Financieros habilitantes, los Indicadores Financieros y las ofertas económicas se permite informar el resultado de la misma:

No.	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT.	RESULTADO DE VERIFICACION		
			HABILITADO	NO HABILITADO	OBSERVACIONES
1	ANALYTICA S.A.S	890935513-9	X		
2	LABORATORIOS DAI DE COLOMBIA SA	830093951-9		X	PENDIENTE SUBSANAR CERTIFICACION BANCARIA CON FECHA DE EXPEDICION NO MAYOR A 30 DIAS
3	QUIK QUALITY IS THE KEY S.A.S	830501640-5		X	PENDIENTE SUBSANAR CERTIFICACION BANCARIA CDN FECHA DE EXPEDICION NO MAYOR A 30 DIAS
4	MICROMEDICA S.A.S	830056903-8		X	PENDIENTE SUBSANAR CERTIFICACION BANCARIA CON FECHA DE EXPEDICION NO MAYOR A 30 DIAS

Verificadas las ofertas presentadas por los cuatro oferentes, resultan como NO HABILITADOS las empresas LABORATORIOS DAI DE COLOMBIA SA, QUIK QUALITY IS THE KEY S.A.S y MICROMEDICA S.A.S, debido a que NO CUMPLEN con los requisitos económicos y financieros solicitados en el pliego de condiciones definitivos, la empresa ANALYTICA S.A.S, cumple con todos los requisitos y se HABILITA para continuar con el proceso.

Teniendo en cuenta que la oferta económica presentada por las empresas LABORATORIOS DAI DE COLOMBIA S.A, QUIK QUALITY IS THE KEY S.A.S y MICROMEDICA S.A.S cumple con las condiciones ECONÓMICAS de la invitación, los proponentes podrán allegar los documentos subsanados para continuar en el proceso de Selección Abreviada No. 031 de 2015 de acuerdo al cronograma establecido.


Adm. Emp. YOLIMA GONZALEZ SOLER
Comité Económico Evaluador
Grupo Gestión Contratos

"Salud – Calidad – Humanización"





HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTION CONTRATOS
EVALUACIÓN TECNICA

FECHA: 18 de Junio de 2015

EVALUACION TECNICA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 031-2015, CUYO OBJETO ES:
"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL AREA DE
BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO CLINICO CON DESTINO AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL."


OFERENTE: LABORATORIOS DAI

NIT: 830.093.951-9

NOMBRE EQUIPO ÍTEM 3 COMPOCOOL CON BANDEJA Y CARRO DE TRANSPORTE	CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	Especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento	X		
	Sistema de refrigeración seguro estandarizada de sangre total en 20- 24 ° C.	X		
	Placas de aluminio que contiene 2000gr de 1.4 Butanodiol.	X		
	Canastas plásticas bicolores para acondicionamiento de las bandejas, cada bandeja con capacidad de refrigerar entre 8 y 10 unidades de sangre total	X		
	Con carro transportador.	X		
	Placas de fácil limpieza.	X		
	Garantía debe ser igual o mayor a un (1) año calendario.	X		

EL OFERENTE	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS EXCLUYENTES PARA EL ÍTEM 3.
-------------	--

Concepto: La firma LABORATORIOS DAI cumple técnicamente para el ítem 3 del proceso de selección abreviada de menor cuantía 031-2015


Sargento Viceprimero Jhon Freddy Jimenez Caicedo
Comité Técnico Evaluador Selección Abreviada de Menor Cuantía N° 031-2015



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTION CONTRATOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

FECHA: 18 de Junio de 2015

EVALUACION TECNICA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 031-2015, CUYO OBJETO ES:
"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL AREA DE
BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO CLINICO CON DESTINO AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL."

OFERENTE

QUIK S.A.S

NIT: 830501640-5


NOMBRE EQUIPO	CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
Ítem 2 DESCONGELADOR DE COMPONENTES SANGUINEOS	Especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento	X		
	El proceso de descongelación se realice sin utilizar agua, es decir en seco mediante cojinetes.	X		
	Con control de temperatura visible	X		
	Con agitación del componente mientras dura el proceso de descongelación y/o atemperado	X		
	Capacidad para descongelar mínimo seis (6) unidades de plasma.			
	Capacidad para descongelar mínimo seis (6) unidades de plasma.	X		
	Sin uso de elementos desechables (bolsas).	X		
	Elaborado en material resistente a la corrosión	X		
	Con protección de temperaturas excesivas	X		
	Descongelación que no implique riesgo de contaminación de los componentes sanguíneos a descongelar	X		
	De fácil limpieza y desinfección.	X		
	El equipo debe entregarse con regulador de voltaje 110-120V	X		
	Garantía mínima de dos (2) años, que incluya los mantenimientos necesarios de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.	x		

EVALUACION TECNICA CONSOLIDADA

EL OFERENTE	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS EXCLUYENTES PARA EL ITEM 2.
-------------	--

	OFERTA 1 AÑO ADICIONAL DE GARANTÍA TÉCNICA PARA EL ÍTEM OFERTADO, CON UN TOTAL DE 3 AÑOS Y SE LE ASIGNA UN PUNTAJE DE 100 PUNTOS.
--	---

Concepto: **La firma QUIK S.A.S cumple técnicamente para el ítem 2 del proceso de selección abreviada de menor cuantía 031-2015**


Sargento Viceprimero Jhon Fredy Jimenez Caicedo
Comité Técnico Evaluador Selección Abreviada de Menor Cuantía N° 031-2015



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTION CONTRATOS

EVALUACIÓN TECNICA

FECHA: 18 de Junio de 2015

EVALUACION TECNICA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 031-2015, CUYO OBJETO ES:
"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL AREA DE
BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO CLINICO CON DESTINO AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL."

OFERENTE: ANALYTICA S.A.S

NIT: 890.935.513-9

NOMBRE EQUIPO	CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
ÍTEM 1 CONGELADOR A -30°C	Especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento	X		
	Circulación de aire forzado para uniformidad en Temperatura	X		
	Luz LED	X		
	Compresores herméticamente sellados.	X		
	Ruedas de 2in, las delanteras y traseras con frenos.	X		
	Display con 4 alarmas visuales (falta de energía, puerta abierta, requerimiento de servicio y baja carga de la batería del Backup).	X		
	Debe cumplir con los estándares UL, CUL y CE.	X		
	Volumen Ft3/Lt: 23/659	X		
	Voltaje/Hz:115/60	X		
	Puerta: Sencilla, sólida	X		
	Numero de Bandejas: 4	X		
	Descongelamiento: Automático	X		
	Temperatura Pre-ajustada: (-) 30 °C	X		
	Resolución de T: 0,1 °C	X		
	Dimensiones Interiores, HxDxW, cm: 147 x 73 x 61	X		
	El equipo debe entregarse con regulador de voltaje 110-120V.	X		
	La garantía debe ser igual o mayor a dos (2) años calendario y debe incluir los mantenimientos a que haya lugar de acuerdo a la normatividad vigente	X		

NOMBRE EQUIPO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
ÍTEM 2 DESCONGELADOR DE COMPONENTES SANGUÍNEOS	Especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento	X		
	El proceso de descongelación se realice sin utilizar agua, es decir en seco mediante cojinetes.		X	
	Con control de temperatura visible	X		
	Con agitación del componente mientras dura el proceso de descongelación y/o atemperado	X		
	Capacidad para descongelar mínimo seis (6) unidades de plasma.			
	Capacidad para descongelar mínimo seis (6) unidades de plasma.	X		
	Sin uso de elementos desechables (bolsas).		X	
	Elaborado en material resistente a la corrosión	X		
	Con protección de temperaturas excesivas	X		
	Descongelación que no implique riesgo de contaminación de los componentes sanguíneos a descongelar	X		
	De fácil limpieza y desinfección.	X		
	El equipo debe entregarse con regulador de voltaje 110-120V		X	No está incluido en las fichas técnicas presentadas.
	Garantía mínima de dos (2) años, que incluya los mantenimientos necesarios de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.	X		

NOMBRE EQUIPO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
ÍTEM 6 Ph METRO	Especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento	X		
	Rango de Medición: 0.00...14.00 pH -1999...1999 mV 0 °C...100 °C	X		
	Resolución: 0.01 pH, 1 mV, 0.1 °C	X		
	Calibración: 3 puntos 1 Grupo predefinido	X		
	Compensación de Temperatura: ATC & MTC	X		
	Memoria: 30 mediciones, Última calibración			
	Límites de error: ± 0.01 pH ± 1 mV ± 0.5 °C	X		
	Protección: IP54	X		
	Pantalla: LCD.	X		
	Construcción: Plástico ABS	X		
	Alimentación: 4 X AAA > 500 horas de operación. Entrada: BNC, impedancia $\cdot 10e+12$ ohmios, NTC 30 k Ω	X		
	Tamaño y Peso: 90 x 150 x 35 mm, 0.18 Kg sin baterías	X		

Accesorios: Destornillador Solución de calibración y limpieza Estuche 2 baterías recargables Manual de instrucciones	X		
El oferente debe ofrecer mantenimiento preventivo especializado cada cuatro (4) meses para el equipo durante el tiempo de la garantía	X		
La garantía debe ser igual o mayor a dos (2) años calendario	X		


NOMBRE EQUIPO	CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
ÍTEM 7 REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE	Especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento	X		
	Diseñado para cumplir estrictamente los requerimientos establecidos por AABB, ANRC y FDA de almacenamiento de sangre y sus componentes.	X		
	Circulación de aire forzado para uniformidad en Temperatura.	X		
	Aislamiento en espuma de Uretano libre de CFC de alta densidad	X		
	Luz LED	X		
	Compresores herméticamente sellados.	X		
	Con ruedas de 2in, las delanteras y traseras con frenos.	X		
	Las puertas deben tener llaves	X		
	Display con 4 alarmas visuales: falta de energía, puerta abierta, requerimiento de servicio y baja carga de la batería del Backup.	X		
	Cajones deslizables en acero inoxidable	X		
	Registrador grafico de Temperatura para 7 días, libre de tinta.	X		
	Debe cumplir con los estándares UL, CUL y CE	X		
	Volumen Ft3/Lt: 11,5/326	X		
	Resolución de Temperatura: 0,1° C	X		
	Voltaje/Hz: 115/60	X		
	Puerta: Sencilla, en vidrio	X		
	Numero de Cajones: 5	X		
	Rango de Temperatura: 1° a 8° C	X		
	Temperatura preajustada: 4°C	X		
	Dimensiones Interiores, HxDxW, cm: 133 x 53 x 50	X		
	Dimensiones Exteriores HxDxW, cm: 186 x 74 x 61.	X		
	El equipo debe entregarse con regulador de voltaje 110-120V	X		
	Garantía igual o mayor a dos (2) años que cubra los mantenimientos preventivos necesarios de acuerdo a lo determinado por el fabricante y a lo establecido en la normatividad vigente	X		

NOMBRE EQUIPO	CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
ÍTEM 8 BALANZA ANALÍTICA	Especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento	X		
	9.1. Capacidad (g): 210.	X		
	9.2. Sensibilidad (g): 0,0001.	X		
	9.3. Repetibilidad (mg): 0,1.	X		
	9.4. Linealidad (mg): $\pm 0,3$.	X		
	9.5. Tiempo de Tara (s): 1.			
	9.6. Tiempo estabilización (s): 3	X		
	9.7. Diámetro del plato (cm): 9	X		
	9.8. Unidades de pesado: mg, g, ct, oz, dwt, tical, tola, mommes, baht, grain, mesghal, Newton, ozt, teals, unidad de cliente.	X		
	9.9. Modos de Pesado: Pesaje, conteo de partes, porcentaje.	X		
	9.10. Dimensiones LxWxH (cm): 19,6 x 28,7 x 32.	X		
	9.11. Condiciones de Operación: (-)10°C a 40°C, Humedad relativa entere	X		
	9.12. 10%-80%, no condensación hasta 4000m encima del nivel del mar.	X		
	9.13. Peso total (kg): 4,5.	X		
	9.14. Características Adicionales: Interface RS232, gancho por debajo para determinar gravedad específica.	X		
	9.15. Con cabina en paneles de vidrio (3 puertas deslizables).	X		
	9.16. Con burbuja de nivel al frente.	X		
	9.17. Ajuste de sensibilidad de la balanza por turbulencias en el medio ambiente	X		

EVALUACION TECNICA CONSOLIDADA

EL OFERENTE	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS EXCLUYENTES PARA EL ÍTEM 1, 6, 7 Y 8. NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS EXCLUYENTES PARA EL ÍTEM 2. OFERTA 2 AÑOS ADICIONALES DE GARANTÍA TÉCNICA PARA TODOS LOS ÍTEMS PRESENTADOS, CON UN TOTAL DE 4 AÑOS Y SE LE ASIGNA UN PUNTAJE DE 200 PUNTOS.
-------------	---

Concepto: **La firma ANALYTICA S.A.S cumple técnicamente para el ítem 1,6, 7 y 8 del proceso de selección Abreviada de Menor Cuantía 031-2015**



Sargento Viceprimero Jhon Fredy Jimenez Caicedo
Comité Técnico Evaluador Selección Abreviada de Menor Cuantía N° 031-2015



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTION CONTRATOS
EVALUACIÓN TÉCNICA

FECHA: 18 de Junio de 2015

EVALUACION TECNICA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 031-2015, CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL AREA DE BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO CLINICO CON DESTINO AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL."

OFERENTE: MICROMEDICA S.A.S

NIT: 830.056.903-8

NOMBRE EQUIPO	CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
ÍTEM 1 CONGELADOR A -30°C	Especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento		X	
	Circulación de aire forzado para uniformidad en Temperatura		X	No está incluido en las fichas técnicas presentadas.
	Luz LED		X	No está incluido en las fichas técnicas presentadas.
	Compresores herméticamente sellados.	X		
	Ruedas de 2in, las delanteras y traseras con frenos.	X		
	Display con 4 alarmas visuales (falta de energía, puerta abierta, requerimiento de servicio y baja carga de la batería del Backup).		X	No está incluido en las fichas técnicas presentadas.
	Debe cumplir con los estándares UL, CUL y CE.	X		
	Volumen Ft3/Lt: 23/659		X	
	Voltaje/Hz:115/60	X		
	Puerta: Sencilla, sólida	X		
	Numero de Bandejas: 4	X		
	Descongelamiento: Automático	X		
	Temperatura Pre-ajustada: (-) 30 °C	X		
	Resolución de T: 0,1 °C	X		
	Dimensiones Interiores, HxDxW, cm: 147 x 73 x 61		X	
	El equipo debe entregarse con regulador de voltaje 110-120V.	X		
	La garantía debe ser igual o mayor a dos (2) años calendario y debe incluir los mantenimientos a que haya lugar de acuerdo a la normatividad vigente	X		

NOMBRE EQUIPO	CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
ÍTEM 2 DESCONGELADOR DE COMPD NENTES SANGUINEOS	Especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento		X	
	El proceso de descongelación se realice sin utilizar agua, es decir en seco mediante cojinetes.	X		
	Con control de temperatura visible	X		
	Con agitación del componente mientras dura el proceso de descongelación y/o atemperado Capacidad para descongelar mínimo seis (6) unidades de plasma.	X		
	Capacidad para descongelar mínimo seis (6) unidades de plasma.	X		
	Sin uso de elementos desechables (bolsas).	X		
	Elaborado en material resistente a la corrosión	X		
	Con protección de temperaturas excesivas	X		
	Descongelación que no implique riesgo de contaminación de los componentes sanguíneos a descongelar	X		
	De fácil limpieza y desinfección.	X		
	El equipo debe entregarse con regulador de voltaje 110-120V		x	No está incluido en las fichas técnicas presentadas.
	Garantía mínima de dos (2) años, que incluya los mantenimientos necesarios de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.	x		

NOMBRE EQUIPO	CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
ÍTEM 3 COMPOCOOL CON BANDEJA Y CARRO DE TRANSPORTE	Especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento		X	
	Sistema de refrigeración seguro estandarizada de sangre total en 20- 24 ° C.	X		
	Placas de aluminio que contiene 2000gr de 1.4 butanodiol.	X		
	Canastas plásticas bicolores para acondicionamiento de las bandejas, cada bandeja con capacidad de refrigerar entre 8 y 10 unidades de sangre total	X		
	Con carro transportador. Placas de fácil limpieza.	X		
	Garantía debe ser igual o mayor a un (1) año calendario.	X		

NOMBRE EQUIPO	CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
ÍTEM 7 REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE	Especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento		X	
	Diseñado para cumplir estrictamente los requerimientos establecidos por AABB, ANRC y FDA de almacenamiento de sangre y sus componentes.	X		
	Circulación de aire forzado para uniformidad en Temperatura.	X		
	Aislamiento en espuma de Uretano libre de CFC de alta densidad	X		
	Luz LED	X		
	Compresores herméticamente sellados.	X		
	Con ruedas de 2in, las delanteras y traseras con frenos.	X		
	Las puertas deben tener llaves		X	No se encuentra información de la alarma de la puerta
	Display con 4 alarmas visuales: falta de energía, puerta abierta, requerimiento de servicio y baja carga de la batería del Backup.		X	No se encuentra información de la alarma de la puerta
	Cajones deslizables en acero inoxidable			
	Registrador grafico de Temperatura para 7 días, libre de tinta.	X		
	Debe cumplir con los estándares UL, CUL y CE			
	Volumen Ft3/Lt: 11,5/326	X		
	Resolución de Temperatura: 0,1° C	X		
	Voltaje/Hz: 115/60	X		
	Puerta: Sencilla, en vidrio	X		
	Numero de Cajones: 5	X		
	Rango de Temperatura: 1° a 8° C	X		
	Temperatura preajustada: 4°C	X		
	Dimensiones Interiores, HxDxW, cm: 133 x 53 x 50		X	
	Dimensiones Exteriores HxDxW, cm: 186 x 74 x 61.		X	
	El equipo debe entregarse con regulador de voltaje 110-120V		X	
	Garantía igual o mayor a dos (2) años que cubra los mantenimientos preventivos necesarios de acuerdo a lo determinado por el fabricante y a lo establecido en la normatividad vigente	x		

EVALUACION TECNICA CONSOLIDADA

EL OFERENTE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS EXCLUYENTES PARA LOS ÍTEMS OFERTADOS.
-------------	---

Concepto: **La firma MICROMEDICA S.A.S no cumple técnicamente para los ítems ofertados en el proceso de selección abreviada de menor cuantía 031-2015**


Sargento Viceprimero Jhon Fredy Jimenez Caicedo
Comité Técnico Evaluador Selección Abreviada de Menor Cuantía N° 031-2015