



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTION CONTRATOS
REEVALUACIÓN TECNICA

FECHA: 18 de Junio de 2015

REEVALUACION TECNICA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 031-2015, CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL AREA DE BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO CLINICO CON DESTINO AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL."

OFERENTE: MICROMEDICA S.A.S

NIT: 830.056.903-8

NOMBRE EQUIPO	CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
ÍTEM 1 CONGELADOR A -30°C	Especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento	X		
	Circulación de aire forzado para uniformidad en Temperatura		X	En los documentos subsanados no se identifica la especificación técnica
	Luz LED		X	En los documentos subsanados no se identifica la especificación técnica
	Compresores herméticamente sellados.	X		
	Ruedas de 2in, las delanteras y traseras con frenos.	X		
	Display con 4 alarmas visuales (falta de energía, puerta abierta, requerimiento de servicio y baja carga de la batería del Backup).		X	El oferente no presenta una ficha técnica clara y específica, adjunta un manual de instrucciones de uso para diferentes modelos de refrigeradores de su marca, por lo tanto no es claro cuál de los equipos está ofertando.
	Debe cumplir con los estándares UL, CUL y CE.	X		
	Volumen Ft3/Lt: 23/659		X	El oferente no presenta una ficha técnica clara y específica, adjunta un manual de instrucciones de uso para diferentes modelos de refrigeradores de su marca, por lo tanto no es claro cuál de los equipos está ofertando. De igual forma no cumple con la especificación técnica requerida
	Voltaje/Hz:115/60	X		
	Puerta: Sencilla, sólida	X		
	Numero de Bandejas: 4	X		
	Descongelamiento: Automático	X		
	Temperatura Pre-ajustada: (-) 30 °C	X		
	Resolución de T: 0,1 °C	X		
	Dimensiones Interiores, HxDxW, cm: 147 x 73 x 61		X	El oferente no presenta una ficha técnica clara y específica, adjunta un manual de

				instrucciones de uso para diferentes modelos de refrigeradores de su marca, por lo tanto no es claro cuál de los equipos está ofertando. De igual forma no cumple con la especificación técnica requerida
	El equipo debe entregarse con regulador de voltaje 110-120V.	X		
	La garantía debe ser igual o mayor a dos (2) años calendario y debe incluir los mantenimientos a que haya lugar de acuerdo a la normatividad vigente	X		

NOMBRE EQUIPO	CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
ÍTEM 2 DESCONGELADOR DE COMPONENTES SANGUINEOS	Especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento	X		
	El proceso de descongelación se realice sin utilizar agua, es decir en seco mediante cojinetes.	X		
	Con control de temperatura visible	X		
	Con agitación del componente mientras dura el proceso de descongelación y/o atemperado Capacidad para descongelar mínimo seis (6) unidades de plasma.	X		
	Capacidad para descongelar mínimo seis (6) unidades de plasma.	X		
	Sin uso de elementos desechables (bolsas).	X		
	Elaborado en material resistente a la corrosión	X		
	Con protección de temperaturas excesivas	X		
	Descongelación que no implique riesgo de contaminación de los componentes sanguíneos a descongelar	X		
	De fácil limpieza y desinfección.	X		
	El equipo debe entregarse con regulador de voltaje 110-120V	X		
	Garantía mínima de dos (2) años, que incluya los mantenimientos necesarios de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.	x		

NOMBRE EQUIPO	CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
ÍTEM 3 COMPOCOOL CON BANDEJA Y CARRO DE TRANSPORTE	Especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento	X		
	Sistema de refrigeración seguro estandarizada de sangre total en 20- 24 ° C.	X		
	Placas de aluminio que contiene 2000gr de 1.4 butanodiol.	X		
	Canastas plásticas bicolores para acondicionamiento de las bandejas, cada bandeja con capacidad de refrigerar entre 8 y 10 unidades de sangre total	X		
	Con carro transportador. Placas de fácil limpieza.	X		
	Garantía debe ser igual o mayor a un (1) año calendario.	X		

NOMBRE EQUIPO	CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
ÍTEM 7 REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE	Especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento	X		
	Diseñado para cumplir estrictamente los requerimientos establecidos por AABB, ANRC y FDA de almacenamiento de sangre y sus componentes.	X		
	Circulación de aire forzado para uniformidad en Temperatura.	X		
	Aislamiento en espuma de Uretano libre de CFC de alta densidad	X		
	Luz LED	X		
	Compresores herméticamente sellados.	X		
	Con ruedas de 2in, las delanteras y traseras con frenos.	X		
	Las puertas deben tener llaves		X	El oferente no subsana este requerimiento.
	Display con 4 alarmas visuales: falta de energía, puerta abierta, requerimiento de servicio y baja carga de la batería del Backup.		X	El oferente no subsana este requerimiento.
	Cajones deslizables en acero inoxidable			
	Registrador grafico de Temperatura para 7 días, libre de tinta.	X		
	Debe cumplir con los estándares UL, CUL y CE			
	Volumen Ft3/Lt: 11,5/326	X		
	Resolución de Temperatura: 0,1° C	X		
	Voltaje/Hz:115/60	X		
	Puerta: Sencilla, en vidrio	X		
	Numero de Cajones: 5	X		
	Rango de Temperatura: 1° a 8° C	X		

	Temperatura preajustada: 4°C	X		
	Dimensiones Interiores, HxDxW, cm: 133 x 53 x 50		X	El oferente no subsana este requerimiento.
	Dimensiones Exteriores HxDxW, cm: 186 x 74 x 61.		X	El oferente no subsana este requerimiento.
	El equipo debe entregarse con regulador de voltaje 110-120V		X	El oferente no subsana este requerimiento.
	Garantía igual o mayor a dos (2) años que cubra los mantenimientos preventivos necesarios de acuerdo a lo determinado por el fabricante y a lo establecido en la normatividad vigente	x		

EVALUACION TECNICA CONSOLIDADA

EL OFERENTE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS EXCLUYENTES PARA LOS ÍTEMS 1 y 7. CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS EXCLUYENTES PARA LOS ÍTEMS 2 y 3.
-------------	--

Concepto: **La firma MICROMEDICA S.A.S cumple técnicamente para los ítems 2 y 3 ofertados en el proceso de selección abreviada de menor cuantía 031-2015**

ORIGINAL

FIRMADO

	Temperatura preajustada: 4°C	X		
	Dimensiones Interiores, HxDxW, cm: 133 x 53 x 50		X	El oferente no subsana este requerimiento.
	Dimensiones Exteriores HxDxW, cm: 186 x 74 x 61.		X	El oferente no subsana este requerimiento.
	El equipo debe entregarse con regulador de voltaje 110-120V		X	El oferente no subsana este requerimiento.
	Garantía igual o mayor a dos (2) años que cubra los mantenimientos preventivos necesarios de acuerdo a lo determinado por el fabricante y a lo establecido en la normatividad vigente	x		

EVALUACION TECNICA CONSOLIDADA

EL OFERENTE	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS EXCLUYENTES PARA LOS ÍTEMS 1 y 7. CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS EXCLUYENTES PARA LOS ÍTEMS 2 y 3.
-------------	--

Concepto: **La firma MICROMEDICA S.A.S cumple técnicamente para los ítems 2 y 3 ofertados en el proceso de selección abrevlada de menor cuantía 031-2015**

Sargento Viceprimero **Jhon Fredy Jimenez Caicedo**
Comité Técnico Evaluador Selección Abreviada de Menor Cuantía N° 031-2015

No. ITEM	DESCRIPCIÓN DEL "BIEN" O "SERVICIO"	VR. REFERENCIA UNIT. IVA INCLUIDO	EMPRESA	VR OFERTA	VERIFICACION ECONOMICA			VERIFICACION JURIDICA			VERIFICACION TECNICA			TOTAL PUNTAJE ASIGNADO	HABILITADO	NO HABILITADO
					PUNTAJE ECONOMICO	CUMPLE	NO CUMPLE	PUNTAJE JURIDICO	CUMPLE	NO CUMPLE	PUNTAJE TECNICO	CUMPLE	NO CUMPLE			
1	Congelador de -30°C	\$ 22.291.727	ANALYTICA S.A.S	\$ 22.246.596	300	X			X		200	X		500	X	
			MICROMEDICA S.A.S	\$ 22.283.600		X				X			X			X
2	Descongelador de componentes sanguíneos	\$ 28.884.000	ANALYTICA S.A.S	\$ 26.100.000		X			X				X			X
			QUIK QUALITY IS THE KEY S.A.S	\$ 17.168.000		X				X	100	x		100		
			MICROMEDICA S.A.S	\$ 26.564.000	300	X			X			x		300	X	
3	Compocool con bandeja y carro de transporte	\$ 11.455.000	LABORATORIOS DAI DE COLOMBIA SA	\$ 11.455.000		X				X		x				X
			MICROMEDICA S.A.S	\$ 11.444.560	300	X			X		100	x		400	X	
4	Tensiómetro digital	\$ 533.600	NO SE PRESENTO OFERTA			X										
5	Bacula de peso adulto análoga	\$ 440.800	NO SE PRESENTO OFERTA			X										
6	PH METRO	\$ 858.400	ANALYTICA S.A.S	\$ 825.810	300	X			X		200	x		500	X	
7	Refrigerador para banco de sangre	\$ 25.912.643	ANALYTICA S.A.S	\$ 25.082.946	300	X			X		200	x		500	X	
			MICROMEDICA S.A.S	\$ 23.084.000		X			X				X			X
8	Balanza analítica	\$ 5.313.960	ANALYTICA S.A.S	\$ 4.708.086	300	X			X		200	x		500	X	

SV. JHON FREDY JIMENEZ CAICEDO
COMITÉ TECNICO EVALUADOR

IVONNE PULIDO SALGADO
COMITÉ JURIDICO

YOLIMA GONZALEZ SOLER
COMITÉ ECONOMICO

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO