



HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

"Salud - Calidad - Humanización"

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA

publicar
06/02/2015

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
GRUPO GESTION CONTRATOS

NO. ITEM	DESCRIPCIÓN DEL "BIEN" O "SERVICIO"	ORTOPEDICOS FUTURO		ORTOPEDICOS OLAYA	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	SOPORTE (BRACE) DE CODO PARA EPICONDILITIS	X		X	
2	BRACE DE PUÑO CON SOPORTE EN ALUMINIO MAS VELCRO PARA TUNEL DEL CARPO	X		X	
3	FERULA STACK DE PLASTICO	X		X	
4	INMOVILIZADOR DE HOMBROS TIPO AVION	X		X	
5	INMOVILIZADOR EN OCHO PARA CLAVICULA (CABESTRILLO)	X		X	
6	ALMOHADA CERVICAL	X		X	
7	BOTAS TIPO BOXEADOR	X		X	
8	COJIN ANTIESCARAS	X		X	
9	CORRECTOR DE POSTURA	X		X	
10	FAJA ABDOMINAL	X		X	
11	FAJA DORSOLUMBAR	X		X	
12	FAJA DE SOPORTE LUMBOSACRO	X		X	
13	ALMOHADILLAS METATARSIANA EN SILICONA	X		X	
14	ARNES DE PAULIK	X		X	
15	BASTON DE TRIPLE APOYO	X		X	
16	BASTON METALICO TIPO PARAGUAS	X		X	
17	BRACE DE RODILLA CON CENTRADOR DE ROTULA	X		X	

"Salud - Calidad - Humanización"



Transversal 3ª No. 40-00 - Contratación 3495688 Ext. 8002 - www.hospitalmilitar.gov.co
Bogotá, D.C. - Colombia





HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE SALUD

"Salud - Calidad - Humanización"

**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
GRUPO GESTION CONTRATOS**

18	BRACE DE RODILLA EN NEOPRENE CERRADO	X		X	
19	BRACE DE RODILLA CON REFUERZOS LATERALES	X		X	
20	ESPACIADOR INTERDOGITAL EN SILICONA	X		X	
21	INMOVILIZADOR PARA TOBILLO CIERRE EN OCHO CON VELCRO	X		X	
22	MULETAS AUXILIARES (PAR)	X			X
23	PLANTILLAS ORTOPEDICAS DE REALCE ESCAFOIDES SIN SILICONA	X		X	
24	RODILLERAS ESTABILIZADORAS	X		X	
25	SANDALIAS PARA CURACIONES DE PACIENTES DIABETICOS	X			X
26	SEPARADOR DE JUANETES EN SILICONA TIPO CARRETE	X		X	
27	TRACCIONES CUTANEAS CON VELCRO	X		X	
28	ZAPATON DE YESO	X		X	
29	FERULAS PARA FASCITIS PLANTAR ACOLCHADAS	X		X	
30	DEDALES Y FUNDAS EN SILICONA	X		X	
31	FERULAS ESPICA PARA PULGAR	X			X
32	FERULAS DE ZIMMER	X		X	
33	BRACE DE CODO	X		X	
34	COJIN DE COXIS	X		X	
35	COJIN CONTORNEADO DE ESPALDA	X		X	
36	PANTORRILLERA	X		X	

"Salud - Calidad - Humanización"



Transvictual 3ª No. 40 GO - Computador 3485688 Ext. 3002 www.hospitalmilitar.gov.co
Bogotá, D. C. - Colombia





HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

MINDEFENSA

TODO POR UN
NUEVO PAÍS

"Salud - Calidad - Humanización"

**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
GRUPO GESTION CONTRATOS**

37	PLANTILLAS VISCOELASTICAS	X		X	
38	ZAPATOS POSOPERATORIOS	X			X
39	TOBILLERA DE AMARRAR	X		X	
40	COLLAR DE FIDAELEFIA	X		X	
41	COLLAR DE THOMAS BLANDO	X		X	
42	CDRSE MILWAUKEE JUNIOR	X		X	
43	ALMOHADAS DE ABDUCCION	X		X	
44	BASTON CANADIENSE	X		X	
45	CAMINADOR PLEGABLE	X		X	
46	MEDIDAS ANTIEMBOICA (PAR)	X		X	
47	PLANTILLAS TIPO TULIS TALON (PAR)	X		X	
48	ZAPATO ORTOPEDICO	X		X	
49	INMOVILIZADOR DE HOMBRO TIPO ADULTO Y NIÑO	X		X	
50	CORRECTOR DE JUANETES	X		X	
51	CABESTRILLO PEDIATRICO	X		X	
52	COLCHON ANTIESCARAS	X		X	
53	FERULA DE WALKER TIPO II NO ARTICULADO	X		X	
54	BRACE DE RODILLA CON SOPORTES LATERALES Y BLOQUEO PARA FLEXO EXTENSION	X		X	
55	ELEVADOR SANITARIO	X			X
56	FAJA LUMBAR	X		X	

"Salud - Calidad - Humanización"



MinDefensa

TRANSPARENCIA

Transversal 34 No. 49 00 - Conmutador 3495668 ext. 3002 - www.hospitalmilitar.gov.co

Bogotá, D.C. - Colombia





HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

"Salud - Calidad - Humanización"

MINISTERIO DE DEFENSA

FORO DE PAZ
NUEVO PÍS

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
GRUPO GESTION CONTRATOS

57	BOTON METATARCIANO	X		X	
----	--------------------	---	--	---	--

Las muletas no traen las axilares en espuma y las manillas no son acolchadas.
Las sandalias para curaciones no son las adecuadas porque traen plataforma y sus especificaciones son para pie diabético y nosotros no manejamos estas patologías.
Férulas de espina de pulgar no son las adecuadas por la posición del pulgar.
Los zapatos posoperatorios ya que deben ser lisos y no con tacón como se ve en la foto
Los elevados que ofrecieron en la licitación pasada no eran los adecuados debido a que vienen sin soportes.

Doctor **William Rafael Arbeláez Arbeláez**
Jefe Área de Ortopedia

"Salud - Calidad - Humanización"



MinDefensa
MINISTERIO DE DEFENSA

Transversal 3ª No. 49-00 - Conmutador 3485646 Ext. 0002 www.hospitalmilitar.gov.co
Bogotá, D.C. - Colombia

