

SUBDIRECCION ADMINISTRATVA GRUPO GESTION CONTRATOS

FORMULARIO N° 001 DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE LA SELECCIÓN ABREVIADA N°045 - 2015.

OBJETO:SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO-QUIRURGICO DE ELECTRODOS DE PARKINSON PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA QIRURGICO EN SALAS DE CIURGIA Y PARA LOS DEMAS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD CLINICO QUIRURGICA, ENMARCADA EN LAS NECESIDADES QUE REQUIERE CADA UNO DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL CENTRO ASISTENCIAL PARA GARANTIZAR UNA ATENCION OPORTUNA DE CALIDAD A LOS PACIENTES QUIENES SON OBJETIVO PRIMORDIAL DEL HOSPITAL MILITAR PARA GARANTIZARLES LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS QUE DEBE PRESTAR.

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL EN CALIDAD DE ORDENADOR DE GASTO y,

En uso de sus facultades legales y en especial de la conferidas por la Resolución **N**o.770 de 2011, Resolución No. 1018 del 12 de Noviembre de 2014, Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, procede a dar respuesta oportuna a las observaciones realizadas por los oferentes dentro del proceso de selección de la referencia de la siguiente forma:

OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA EMPRESA MEDTRONIC

OBSERVACION N°1

Por medio del presente escrito queremos sollcitarles la revisión del proceso en referencia, en cuanto a lo siguiente:

Numeral:

4.1.9 Experiencia

CLASIFICACION USNPS

El proponente deberá acrediter la experiencia requerida para este proceso de selección mediante el registro único de proponentes (RUP) con el lieno de los requisitos exigidos, y con el closificador de las neciones unidas en el tercer nivel y en firme.

El propononto debetá acreditar en el RUP que los contratos se encuentran clasificado con los siguientes códigos. CLASIFICACIÓN UNSPSC

USNPS	CODIGO INTERNO	ELEMENTO
42295601	1196490405	ELECTRODO DE PARKINSON

Solicitamos sea incluida la clasificación 42182300 Productos del examen neurológico, la cual según la descripción, también corresponde para los productos descritos en el pliego.

Salud — Calidad — Humanización "







SUBDIRECCION ADMINISTRATVA **GRUPO GESTION CONTRATOS**

Solicitamos sea incluida la clasificación 42182300 Productos del examen neurológico, la cual 1 según la descripción, también corresponde para los productos descritos en el pliego.

Anexo 2 Anexo Técnico

Especificaciones Técnicas Mínimas

Electrodo de Parkinson:

Kit set para estimulación cerebral profunda con sus accesorios: generador recargable compatible con resonancia magnética cerebral y corporal con aprobación de la FDA marcapasos que permita programación por grupos, programador de paciente, programador recargable compatibte con electrodo estimulación profunda, sistema de recarga: recarga Manual, electrodos de DBS de cuatro polos a 1.5 mm extensión de electrodos de 40cm cable de prueba.

Se solicita hacer el cambio para incluir la opción de utilizar sistema no recargable, ya que puede existir la posibilidad de que algún paciente requiera esta tecnología.

Quedando de la siguiente manera:

Kit set para estimulación cerebral profunda con sus accesorios: generador recargable o NO recargable compatible con resonancia magnética cerebral y corporal con aprobación de la FDA marcapasos que permita programación por grupos, programador de paciente, programador recargable compatible con electrodo estimulación profunda, sistema de recarga mecarga Manual, electrodos de DBS de cuatro polos a 1.6 mm extensión de electrodos de 40cm cable de prueba.

Agradecemos la atención a la presente y esperamos su respuesta positiva a nuestras solicitudes.

RESPUESTA N°1

El comité técnico estructurador se permite informa que se acoge su observación y será modificado en lo correspondiente a la clasificación, toda vez que este insumo para examen y/o corrección neurológico.

RESPUESTA N°2

El comité técnico estructurador se permite informa que se acoge su observación y será modificado en lo correspondiente a la especificación técnica, quedando con generador recargable o no recargable compatible, asi:

KIT SET PARA **ESTIMULACION** CEREBRAL **PROFUNDA** CON GENERADOR RECARGABLE O ND RECARGABLE COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL Y CORPORAL CON APROBACION DE LA FDA . MARCAPASOS QUE PERMITA PROGRAMACION POR GRUPOS. PROGRAMADOR DEL PACIENTE: PROGRAMADOR RECARGABLE COMPATIBLE CON ELECTRODO ESTIMULACION PROFUNDA . SISTEMA DE RECARGA: RECARGA MANUAL. ELECTRODOS DBS DE CUATRO POLOS A 1.5 MM_EXTENSION DE ELECTRODOS DE 40 CMS, CABLE PARA PRUEBA

TC. Erick Muñoz Rodríguez

Comité Técnico Estructurador

Salud - Palidad - Humaniración



