

HOSPITAL MILITAR CENTRAL



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO GESTION CONTRATOS

FORMULARIO N° 01 DE OBSERVACIONES A LA INVITACIÓN Y RESPUESTAS DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA N° 074 DE 2016.

OBJETO: “SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS DE GASOMETRÍA PARA LOS USUARIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL”

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SECTOR DEFENSA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (E).

En uso de sus facultades legales y en especial de la conferidas por la Resolución No. 770 de 2011, Resolución No. 502 del 15 de Junio de 2016, Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes en materia contractual, procede a dar respuesta oportuna a las observaciones realizadas por los oferentes dentro del proceso de selección de la referencia de la siguiente forma:

OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA Arrow Medical S.A.S.

OBSERVACIÓN N° 1

El pliego especifica que se deben presentar certificaciones expedidas por el contratante que especifique la experiencia Numeral 3. Debido al corto tiempo en el que se debe presentar esta propuesta y lo demorado que es el trámite en las instituciones para expedirle solicitamos se considere la opción de permitirnos anexar copia del contrato como constancia de certificado.

RESPUESTA N° 1

El comité jurídico se permite aclarar al oferente que se puede acreditar la experiencia con certificaciones o contratos.

OBSERVACIÓN N° 2

2) En las especificaciones técnicas uno de los cartuchos solicitados incluye: Gases sanguíneos, electrolitos, Lactato y glucosa en uno solo lo que nos excluye de participar ya que nuestro producto no cuenta con un solo cartucho para analizar todos estos analitos. Este ítem estaría permitiendo que solo un oferente se presente. Teniendo en cuenta que solicitan dos y el segundo es de lactato se podría revisar para cambiar las especificaciones de este primero que no incluya lactato?

RESPUESTA N° 2

El comité técnico acepta la observación con respecto al ítem No 2 del cuadro de las especificaciones técnicas, toda vez que por error de digitación se repite lactato igual que el ítem 3. Para tal efecto la descripción técnica para el ítem No. 2 quedaría así:

Salud – Calidad – Humanización”



NO. ÍTEM	UNSPSC	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN DEL “BIEN” O “SERVICIO”	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA
2	42294712	1228405078	CARTUCHO PARA ANALISIS DE GASES SANGUINEOS GASES ELECTROLITOS GLUCOMETRIA	CARTUCHO QUE PERMITA SENSAR NA, K, ICA, HTO, PH, PCO2, PO2, TCO2, HCO3, BEECT, SO2, HGB, GLUCOMETRIA CON FECHA DE CADUCIDAD MAYOR DE 3 MESES.	UNIDAD

Los cambios se verán reflejados mediante adenda.

ORIGINAL FIRMADO

Proyecto:

Neila Robles Carrillo
Coord. Salas de Cirugía.
Estructuradora Técnico

Dra. Paula Andrea Álvarez David
Jurídico
Grupo Gestión Contratos

Néstor Martínez Gaitán
Analista Jurídico Mínimas Cuantías
Grupo Gestión Contratos

Salud – Calidad – Humanización”