



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTION CONTRATOS

EVALUACIÓN ECONÓMICA
FECHA: 01 de Agosto de 2016

EVALUACION ECONÓMICA DEL PROCESO DE **CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA No 082** de 2016, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE TAPABOCAS N-95 DE ALTA EFICIENCIA, PARA LA PROTECCIÓN DE TODO EL PERSONAL EXPUESTO (AH1N1, TBC, VARICELA Y MENINGOCOCO) PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

OFERTAS RECIBIDAS:

OFERTA	RAZON SOCIAL	VALOR OFERTADO
1	REPRESENTACIONES EURODENT S.A.	\$2.410
2	GEN MEDICAL S.A.S.	\$3.054
3	VENTAS Y MARCAS S.A.S.	\$3.140
4	LABORATORIOS WACOL S.A.	\$3.350
5	IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S.	\$3.485
6	CREACIONES BAGS STAR S.A.S.	\$3.932,4
7	ASPRESEG S.A.S.	\$3.935

INFORME DE EVALUACIÓN

De acuerdo a los estudios Previos e Invitación para el Presente Proceso y dando cumplimiento al Numeral 7 "CRITERIOS AVALUACIÓN" 7.1 "VERIFICACIÓN ECONÓMICA" y de conformidad a lo descrito en el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.5.2, la verificación de requisitos se hará exclusivamente en relación al proponente con el precio más bajo: "Así, La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si ésta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente".

Por lo antes descrito y obedeciendo a lo establecido en el Numeral 7.1 de la Invitación pública de Mínima Cuantía No.082/2016 para la EVALUACIÓN ECONÓMICA. ***"El precio será el factor determinante para escoger al contratista; así las cosas quien presente el MENOR VALOR OFERTADO de los bienes y/o servicios requeridos para el presente proceso de selección, resultará adjudicatario"***.

OFERENTE: REPRESENTACIONES EURODENT S.A. NIT: 800.219.189-7

1. Documentos de contenido económico y financiero.

REQUISITO	CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIÓN
FORMULARIO SIIF	SI	No. 31	Ninguna
CERTIFICACIÓN BANCARIA	NO	No. 33	Cta. Corriente No. 448-34078-6 del Banco de Bogotá.
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN DIAN	SI	No. 28	Resolución No. 320001201460 expedida el 29 de Octubre de 2014.
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	SI	No. 23	Actualizado el 24 de Julio de 2015.

Concepto: La oferta presentada por la Firma **REPRESENTACIONES EURODENT S.A.** CUMPLE con la documentación solicitada por la Entidad.

2. VERIFICACIÓN ECONOMICA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRECIO DE REFERENCIA	VALOR OFERTADO		
				VR. UNITARIO CON IVA	VR. UNITARIO SIN IVA	VR. IVA	VR. UNITARIO CON IVA
1	Tapaboca N- 95 de alta eficiencia libre mantenimiento, para protección contra material particulado como polvos y neblinas y riesgo biológico con aprobación contra AH1N1, TBC, Varicela, Meningococo) De doble banda, para un mejor ajuste y laminilla metálica en aluminio para la nariz. Resistente a las salpicaduras de fluido y las salpicaduras de sangre y otros materiales infecciosos.	UNIDAD	➤ Mascarilla quirúrgica de Baja caída de presión. fácil respiración y comunicación a través del filtro. ➤ Aprobado por National Institute for Occupational Safety And Health (NIOSH) de Estados Unidos bajo la especificación N95 de la norma 42CFR84. ➤ Resistente al fluido de acuerdo con la norma ASTM F1862 ➤ Este producto reúne los requerimientos del CDC (Centers for Disease Control) para el control de la exposición a la Tuberculosis Pulmonar (TBC)	3.935	2.078	332	2.410

La oferta presentada por la empresa **REPRESENTACIONES EURODENT S.A.** no supera el precio de referencia establecido por la entidad; sin embargo **no cumple** ya que no oferto la característica técnica requerida "Aprobado por la FDA para su uso como una máscara quirúrgica > 99% BFE (eficacia de filtración bacteriana) de acuerdo con la norma ASTM F2101".


RAMON BUENO GÓMEZ
Comité Económico Evaluador
Grupo Gestión Contratos



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTIÓN CONTRATOS

EVALUACIÓN JURÍDICA

Proceso de **SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No.082-2016** cuyo objeto es: "ADQUISICION DE TAPABOCAS N-95 DE ALTA EFICIENCIA, PARA LA PROTECCION DE TODO EL PERSONAL EXPUESTO (AH1N1, TBC, VARICELA Y MENINGOCOCO) PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUDO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIO
REPRESENTACIONES EURODENT S.A. Nit: 800219189-7		
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	2-3
Certificado de existencia y representación legal.	CUMPLE	5-8
Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de Seguridad social	CUMPLE	13
Compromiso anticorrupción	CUMPLE	17-18
Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la de la Nación	CUMPLE	VERIFICADO
Certificación de Antecedentes Judiciales	CUMPLE	VERIFICADO
Verificación del Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de La República	CUMPLE	VERIFICADO
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal	CUMPLE	15
Formato se manifestación sobre inhabilidades e incompatibilidades	CUMPLE	20

CONCLUSIÓN: El oferente **REPRESENTACIONES EURODENT S.A.**, se encuentra habilitado para continuar con el proceso de selección.

Angela Maria Montealegre Orjuela
Comité Jurídico Evaluador

Salud Calidad - Humanización



NO. 082-2016

Transversal 3ª No. 49-00 - Conmutador 3486868 Ext. 3002 - www.hospitalmilitar.gov.co
Bogotá, D.C. - Colombia



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Fecha: 01/08/2016

EVALUACIÓN TÉCNICA PROCESO DE MINIMA CUANTIA N°. 082 DE 2016 CUYO OBJETO ES:
"SUMINISTRO DE TAPABOCAS N95 DE ALTA EFICIENCIA PARA LA PROTECCION DE TODO EL
PERSONAL EXPUESTO (AH1N1, TBC, VARICELA, MENINGOCOCO) PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

OFERENTE: EURODENT. Nit: 800219189-7

1. Especificaciones técnicas:

No. ITEM	DESCRIPCIÓN DEL "BIEN" O "SERVICIO"	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CUMPLE
01	"Tapaboca N- 95 de alta eficiencia libre mantenimiento, para protección contra material particulado como polvos y neblinas y riesgo biológico con aprobación contra AH1N1, TBC, Varicela, Meningococo) De doble banda, para un mejor ajuste y laminilla metálica en aluminio para la nariz. Resistente a las salpicaduras de fluido y las salpicaduras de sangre y otros materiales infecciosos.	➤ Mascarilla quirúrgica de Baja caída de presión. fácil respiración y comunicación a través del filtro. ➤ Aprobado por National Institute for Occupational Safety And Health (NIOSH) de Estados Unidos bajo la especificación N95 de la norma 42CFR84. ➤ Aprobado por la FDA para su uso como una máscara quirúrgica > 99% BFE (eficacia de filtración bacteriana) de acuerdo con la norma ASTM F2101 ➤ Resistente al fluido de acuerdo con la norma ASTM F1862 ➤ Este producto reúne los requerimientos del CDC (Centers for Disease Control) para el control de la exposición a la Tuberculosis Pulmonar (TBC)	No CUMPLE

Otros requisitos técnicos

Carta de compromiso	Si cumple
Garantía Técnica	Si cumple
Ficha técnica	No cumple con las especificaciones requeridas
Experiencia	No cumple (presenta tres de las cuales solo 1 cumple)

Oferente EURODENT	No cumple, requiere subsanar documentos
-----------------------------	--

Concepto:

El comité técnico realiza la evaluación de la oferta y concluye que no cumple con los requerimientos técnicos exigidos por tanto debe subsanar los siguientes documentos:

- Anexo N° 1. Las características técnicas exigidas no son iguales a las ofertadas
- Ficha técnica que avale las características técnicas exigidas
- Una certificación de experiencia

Comité técnico-Evaluador:



Flor Alba Cárdenas López

Líder de Higiene y Seguridad Industrial

Grupo de Gestión Ambiental Seguridad y Salud en el Trabajo